Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 328/2020 ze dne: 21. 5. 2020

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018:

HKMkalibra s.r.o.
Laboratoř HKMkalibra
Arnošta z Pardubic 2833, 530 02 Pardubice

CMC pro obor měřené veličiny: Tlak

Poř. číslo[1]	Kalibrovaná veličina / Předmět kalibrace	Jmenovitý rozsah min jedn.	Jmenovitý rozsah max jedn.	Parametr(y) měř. veličiny		Nejnižší udávaná rozšířená nejistota měření[2]	Princip kalibrace	Identifikace kalibračního postupu[3]	Pracoviště
1*	Deformační tlakoměry, číslicové tlakoměry, převodníky tlaku s digitálním zobrazením měřené veličiny, měřící řetězce s digitálním zobrazením měřené veličiny	0 kPa	až 1000 kPa	Přetlak	Kapaliny	2,2 kPa	Porovnání s etalonovým digitálním tlakoměrem	17-KP-14	
		1000 kPa	až 10000 kPa			2,9 kPa			
		10000 kPa	až 20000 kPa			5,4 kPa			
		20000 kPa	až 70000 kPa			29 kPa			
		-9,5 kPa	až 2000 kPa	Podtlak/přetlak	Plyny	2,6 kPa			
		2000 kPa	až 10000 kPa			3,2 kPa			

[1] V případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového čísla označeny hvězdičkou

[2] Rozšířená nejistota měření je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 součástí CMC a je nejnižší hodnotou příslušné nejistoty. Pokud není uvedeno jinak, její pravděpodobnost pokrytí je cca 95%. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky jsou relativní vůči měřené hodnotě, pokud není uvedeno jinak. Při kalibraci mimo stálé prostory je možné ovlivnění udávané nejistoty kalibrace.

[3] U datovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy. U nedatovaných dokumentů identifikujících kalibrační postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu (včetně všech změn).

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
-2-